



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
SEÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS DE PRODUTOS MÉDICOS - SESAU-SLPM

Parecer nº 91/2026/SESAU-SLPM

Em atendimento à demanda encaminhada à Coordenadoria de Gestão de Produtos Médicos (CGPM), por meio do documento/ID SEI 77686373, referente ao Ofício nº 9437/2026/SUPEL-COSAU2, ID nº 77653508, este Núcleo de Nefrologia (SESAU-NNEFRO) procedeu à análise técnica da documentação e das especificações dos itens ofertados pelas empresas licitantes no âmbito do Pregão Eletrônico nº 90651/2025, Processo SEI nº0036.038321/2025-36, conforme exposto a seguir:

1. BRAGA E BRAGA IMPORTACAO E EXPORT (Proposta ID: 77653448)						
ITEM	DESCRIPTIVO TR	PROPOSTA COMERCIAL	PROD. OFT	REG. ANVISA INF	PARECER	JUSTIFICATIVA
07	ID: 10251 – DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO – DE USO ÚNICO – PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO. FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA BIOCOMPATÍVEL DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40 µM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,0 M² A 2,1 M²; COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE PADRÃO NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTES NAS UNIDADES; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 125 A 130 ML; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 80 A 85 ML/H/MMHG; COMPRIMENTO DO FILTRO DE 290 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO; ACOPLAMENTO DE FIBRAS EM POLIURETANO; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO A IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA, E NÃO PODERÁ CONTER A INSCRIÇÃO “PROIBIDO REPROCESSAR” OU EQUIVALENTE, CONFORME O DISPOSTO NA RDC Nº 11/2014, RDC Nº 15/2012 E RE Nº 2.605/2006. O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM AS BOAS PRÁTICAS DE REPROCESSAMENTO DE DIALISADORES, NOS TERMOS DAS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.	ID: 10251 – DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO – DE USO ÚNICO – PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO. FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA BIOCOMPATÍVEL DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40 µM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2,0 M² A 2,1 M²; COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE PADRÃO NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTES NAS UNIDADES; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 125 A 130 ML; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 80 A 85 ML/H/MMHG; COMPRIMENTO DO FILTRO DE 290 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO; ACOPLAMENTO DE FIBRAS EM POLIURETANO; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL E APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO A IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA, E NÃO PODERÁ CONTER A INSCRIÇÃO “PROIBIDO REPROCESSAR” OU EQUIVALENTE, CONFORME O DISPOSTO NA RDC Nº 11/2014, RDC Nº 15/2012 E RE Nº 2.605/2006. O PRODUTO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM AS BOAS PRÁTICAS DE REPROCESSAMENTO DE DIALISADORES, NOS TERMOS DAS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES.RG ANVISA 81504790307.	Bain/B20HF	81504790307	INAPTA	Dialisador de Alto Fluxo Reprocessável: que o descritivo solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg, enquanto o folder/catálogo apresentado informa 66 mL/h/mmHg, valor inferior ao especificado no descritivo técnico.
09	ID: 3561 - DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2.0 M² A 2,1 M², COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 125 A 130 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 80 A 85 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 290 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	ID: 3561 - DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO - USO ÚNICO: FILTRO DIALISADOR DE FIBRA OCA, DE MEMBRANA SINTÉTICA DE POLIETERSULFONA E/OU POLISSULFONA, COM 40MM DE ESPESSURA; ÁREA DE SUPERFÍCIE DE 2.0 M² A 2,1 M², COMPATÍVEL COM AS MÁQUINAS NIPRO (DIAMAX FULL) PRESENTE NAS UNIDADES, VOLUME DE PREENCHIMENTO 125 A 130 ML, COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 80 A 85 ML/H/MMHG, COMPRIMENTO DO FILTRO 290 MM; POSSUI 2 ADAPTADORES LATERAIS COM CONECTOR TIPO HANSEN MACHO E 2 CONECTORES DE TAMPA, SENDO ESTES TIPO LUER LOCK; CÂMARA EXTERNA TRANSPARENTE DE POLICARBONATO RÍGIDO, ACOPLAMENTO DE FIBRAS DE POLIURETANO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, APIROGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA. 81504790307.	Bain/B20HF	81504790307	INAPTO	Dialisador de Alto Fluxo - Uso único: observa-se que o descritivo solicita coeficiente de ultrafiltração entre 80 e 85 mL/h/mmHg, enquanto a proposta apresentada informa 66 mL/h/mmHg, valor inferior ao especificado no descritivo técnico. Além disso, Consta apenas a proposta comercial, não tendo sido apresentado folder/catálogo técnico dos produtos para a verificação das especificações técnicas e a análise de conformidade com o descritivo do Termo de Referência.
2. NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR (Proposta ID: 77653107)						
ITEM	DESCRIPTIVO TR	PROPOSTA COMERCIAL	PROD. OFT	REG. ANVISA INF	PARECER	JUSTIFICATIVA
42		ID: 6018 - LINHA DE SANGUE ARTERIAL: EQUIPO ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 410- 415 CM, SEM CATABOLHA, SEGMENTO DE BOMBA DE SANGUE DE 8 MM DE DIÂMETRO INTERNO; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 70 -75 ML. POSSUI CONECTORES LUER LOCK, EXTENSÃO PARA INFUSÃO DE ANTICOAGULANTE, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL PRÉ SEGMENTO DE BOMBA, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP’S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO VERMELHA; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MARCA: BAIN FABRICANTE: BAIN MODELO/VERSÃO: BAIN BL 155 - LINHA DE SANGUE ARTERIAL PARA HEMODIÁLISE - EQUIPO P/ HEMODIÁLISE - REUSO	81504799019	INAPTA	Linha de sangue arterial: Não foi apresentado catálogo ou folder técnico do produto. Na proposta comercial, consta o comprimento de 3.100 mm e o comprimento linear de 400 mm. Entretanto, o comprimento informado é inferior ao especificado no descritivo técnico, que exige 410 a 415 cm.
43		43 ID: 6629 - LINHA DE SANGUE VENOSA: EQUIPO VENOSO PARA HEMODIÁLISE EM PVC TRANSLÚCIDO COM COMPRIMENTO DE 320- 325 CM; VOLUME DE PREENCHIMENTO DE 80-85 ML POSSUI CONECTORES LUER LOCK, LINHA DE MONITORAÇÃO DA PRESSÃO VENOSA, DISPOSITIVO CATABOLHAS COM FILTRO, INJETOR LATERAL DE MEDICAMENTOS E CLAMP’S DE SEGURANÇA EM TODAS AS EXTENSÕES NA COLORAÇÃO AZUL; EMBALAGEM INDIVIDUAL, APIROGÊNICA E ESTERILIZADA EM GÁS ÓXIDO DE ETILENO. A EMBALAGEM DEVE APRESENTAR IMPRESSO NO RÓTULO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NUMERO DO LOTE, REGISTRO E CADASTRO NA ANVISA.	MARCA: BAIN FABRICANTE: BAIN MODELO/VERSÃO: BAIN-BL 156 - LINHA DE SANGUE VENOSA PARA HEMODIÁLISE - EQUIPO P/ HEMODIÁLISE - REUSO	81504799022	INAPTA	Linha de sangue Venosa - Não foi apresentado catálogo ou folder técnico do produto. Na proposta comercial, consta o comprimento de 2830 mm Entretanto, o comprimento informado é inferior ao especificado no descritivo técnico, que exige 320 a 325 cm.

É o parecer técnico.
Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **CAROLINA CORDEIRO NOGUEIRA**, **Chefe de Unidade**, em 16/10/2026, às 10:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **77688185** e o código CRC **CD39876D**.

Referência: Caso responda este Parecer, indicar expressamente o Processo nº 0036.038321/2025-36

SEI nº 77688185